

An Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Số: 1962/TM-BVAG

Về việc chào sản phẩm
máy hấp tiệt trùng

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận chào sản phẩm thiết bị tiệt trùng để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm máy hấp tiệt trùng cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu.

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nhân viên Phòng VTTBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận chào sản phẩm: Từ 16h ngày 26 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h ngày 07 tháng 07 năm 2025

5. Thời hạn có hiệu lực của chào sản phẩm: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 07 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu chào sản phẩm:

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Thông số kỹ thuật tương đương	SL
01	Máy hấp tiệt trùng hơi nước - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Model: Nhà thầu nêu rõ - Hãng sản xuất: Nhà thầu nêu rõ - Xuất xứ: Nhà thầu nêu rõ - Chất lượng máy: Mới 100% - Đặc điểm chung: Máy hấp tiệt trùng hơi nước được thiết kế sử dụng hơi nước bão hòa để tiệt trùng các dụng cụ y tế chịu được hơi và nhiệt. - Loại: 01 cửa - Dung tích hấp: ≥ 680 lít. - Chương trình Bowie-Dick Test trên máy hấp tiệt trùng: có - Sử dụng được nước sinh hoạt. - Có đầy đủ các giai đoạn: Hút chân không, tiệt trùng, sấy khô..... - Kích thước máy: Nhà thầu nêu rõ. - Trọng lượng máy: Nhà thầu nêu rõ.	01 cái
02	Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Model: Nhà thầu nêu rõ - Hãng sản xuất: Nhà thầu nêu rõ - Xuất xứ: Nhà thầu nêu rõ - Chất lượng máy: Mới 100% - Đặc điểm chung: Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp <u>Plasma</u> được thiết kế sử dụng cho các dụng cụ chịu nhiệt thấp và áp suất thấp. - Dung tích hấp: ≥ 120 lít.	01 cái

STT	Thông số kỹ thuật tương đương	SL
	- Loại: 01 cửa. - Kích thước máy: Nhà thầu nêu rõ. - Trọng lượng máy: Nhà thầu nêu rõ.	

Ghi chú: Vị trí lắp đặt các máy tại lầu 02, phải vận chuyển thiết bị qua các thang máy hoặc cầu thang bộ nên Quý Nhà thầu cần lưu ý về giới hạn kích thước và trọng lượng thiết bị.

- Địa điểm giao, nhận và lắp đặt hàng hoá: Tại lầu 02, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

Giám đốc



Nguyễn Duy Tân