

An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Số: 252 /BVAG-VTTBYT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang đang có nhu cầu mua sắm và sửa chữa Trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn năm 2023 của Bệnh viện, nay thông báo đến các công ty cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá sửa chữa, cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:

1. Chi tiết hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa – Cấu hình - Tính năng kỹ thuật	Số lượng
1	<p>Hệ thống CT Scanner</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <p>Hệ thống cắt lớp điện toán xoắn ốc 32 lát cắt</p> <p>Cấu hình hệ thống:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung máy chính: 01 cái- Bóng phát tia (<i>Trữ nhiệt $\geq 3.5MHU$</i>) : 01 bộ- Hệ thống đầu thu (<i>≥ 16 detector</i>): 01 hệ thống- Máy phát tia X: 01 cái- Bàn bệnh nhân: 01 cái- Bàn điều khiển chính, bao gồm: Hệ thống trạm làm việc và các máy vi tính, màn hình, bàn phím.....: 01 hệ thống <p>Bộ phần mềm (<i>hoặc tương đương tùy theo thiết kế, tên gọi của nhà sản xuất</i>), bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Phần mềm quét xoắn ốc liên tục, trực tuyến;+ Phần mềm quan sát nồng độ thuốc cản quang;+ Giảm nhiễu kim loại;+ Phần mềm hiển thị ảnh 3D và đa diện;+ Lọc lượng tử, giảm liều tia;	01 Hệ thống

STT	Tên hàng hóa – Cấu hình - Tính năng kỹ thuật	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> + Phần mềm giảm liều tia; + Các phần mềm xử lý ảnh MIP/MPR/3D; + Phần mềm quét ngoại vi; + Phần mềm kiểm tra phổi/ đánh giá các nốt phổi; + Phần mềm tưới máu não; + Phần mềm mạch máu: sọ não, bụng ngực, thận, chi dưới; + Các phần mềm DICOM: lưu trữ, in ấn, kết nối... - Bộ phụ kiện chuẩn theo máy, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Bộ Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ + Bộ giá đỡ Phantom: 01 bộ + Bộ giá đỡ chụp đầu: 01 bộ - Bộ thiết bị phụ trợ, phụ kiện, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống đàm thoại bệnh nhân 2 chiều: 01 hệ thống. + Hệ thống TV – Camera theo dõi bệnh nhân: 01 hệ thống. + Máy bơm thuốc cân quang tự động (<i>Phân nhóm (TT14): ≥ 03</i>): 01 cái. + Máy in phim khô (<i>Phân nhóm (TT14): ≥ 04</i>): 01 cái. + Bộ lưu điện UPS online ($\geq 05\text{ kVA}$) cho hệ thống điều khiển máy tính: 01 bộ. + Trạm làm việc Workstation chuyên dụng. <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian bảo hành ≥ 36 tháng. + Phân nhóm (TT14): ≥ 02. + Kết nối HIS-RIS với hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa PACS của Bệnh viện + Phải có mã kê khai giá, phân nhóm TT14 của máy 	

STT	Tên hàng hóa – Cấu hình - Tính năng kỹ thuật	Số lượng
	in phim và Máy bơm thuốc cản quang.	
2	<p>Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát</p> <p><i>Yêu cầu chung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Các chương trình chụp: có thể được cài đặt nhiều chương trình. - Đầu đèn được lắp với Collimator để điều chỉnh và xác định vùng chụp chính xác. - Trạm xử lý ảnh, phần mềm chức năng xử lý ảnh. - Giao diện kết nối chuẩn Dicom. <p><u>Cấu hình của hệ thống (Hoặc tương đương)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + Tủ điều khiển cao tần (có nguồn cao thế), Dải mA \geq 500mA. + Bàn chụp: 01 cái. + Giá chụp phổi đứng: 01 cái. + Bộ chuẩn trực chùm tia. + Bóng X-quang: 01 cái. + 02 Tấm cảm biến thu nhận ảnh kỹ thuật số. + Trạm xử lý ảnh. + Bộ phần mềm xử lý ảnh: thu nhận dữ liệu, phóng to, thu nhỏ, chú thích, chọn vùng chụp. + Bộ lưu điện \geq 02 kvA: 01 cái. + Máy in phim khô ((Phân nhóm (TT14): \geq 03): 01 cái. + Phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn để lắp đặt thành 01 hệ thống hoàn chỉnh. <p><i>Yêu cầu khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian bảo hành \geq 36 tháng. + Phân nhóm (TT14): \geq 03. + Kết nối HIS-RIS với hệ thống lưu trữ và truyền 	02 Máy

STT	Tên hàng hóa – Cấu hình - Tính năng kỹ thuật	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> + Phải có mã kê khai giá, phân nhóm TT14 của máy in phim. + Trong trường hợp tầm nhận ảnh không đồng bộ với hệ thống thì phải cung cấp mã kê khai giá, phân nhóm theo TT14 	
3	<p>Máy theo dõi bệnh nhân (Dùng trong môi trường cộng hưởng từ - MRI)</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy chính gắn trên xe đẩy: 01 cái; Pin cho máy chính: 01; Bộ đo SPO2: 01; Bộ đo điện tim: 01; Bộ đo huyết áp: 01. <p>Mục đích sử dụng: Được thiết kế để theo dõi các thông số sự sống quan trọng của bệnh nhân trong môi trường cộng hưởng từ</p> <p>Các tính năng chung: Máy có thể theo dõi các thông số: ECG, SPO2, NIBP, nhịp thở.</p> <p>Yêu cầu khác: Thời gian bảo hành \geq 12 tháng</p>	01 Máy
4	<p>Sửa chữa máy gây mê kèm thở Model: Saturn Evo Color Hãng /Nước sản xuất: Medec/Bỉ Năm sản xuất/sử dụng: 2016/2016</p> <p>Yêu cầu: Giám định hiện trạng hư hỏng của thiết bị, báo giá chi phí khắc phục để hệ thống hoạt động ổn định (nếu có)</p>	02 máy
5	<p>Sửa chữa máy CT Scanner 16 lát cắt Model: TSX-035A Hãng/Nước SX: Toshiba/Nhật Tình trạng hư hỏng: Lỗi phát tia</p> <p>Yêu cầu: Giám định hiện trạng hư hỏng của thiết bị, báo giá chi phí khắc phục để hệ thống hoạt động ổn định (nếu có)</p>	01 máy
6	<p>Sửa chữa hệ thống hội chẩn và khám bệnh từ xa Model: RP-Vita Hãng/Nước SX: InTouch Health/ Mỹ Năm sản xuất/sử dụng: 2016/2016</p> <p>Yêu cầu: Giám định hiện trạng hư hỏng của thiết bị, báo giá chi phí khắc phục để hệ thống hoạt động ổn định (nếu có)</p>	01 hệ thống

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 - 150 ngày

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
3. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam
4. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày chào giá
5. Thời gian nhận báo giá từ ngày 27/03/2023 đến hết ngày 06/04/2023 hoặc đến khi nào nhận đủ báo giá theo quy định.
6. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu theo quy định hiện hành.
7. Không bắt buộc Công ty chào giá tất cả các hàng hóa trên.
8. Yêu cầu khác:
 - Hàng hoá mới 100%, sản xuất từ năm 2023.
 - Hàng hoá đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương.
 - Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang; Số 60, Ung Văn Khiêm, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang.
 - Giá đã bao gồm: Chi phí thiết bị, chi phí nhập khẩu, thuế GTGT, thuế các loại (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành, hướng dẫn, đào tạo sử dụng, bảo hành, bảo hiểm, kiểm định thiết bị, các loại thuế theo quy định hiện hành và chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 - Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị và gửi bản báo giá theo mẫu đính kèm đến Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang; Số 60, Ung Văn Khiêm, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang. Mọi chi tiết xin liên hệ KS. Nguyễn Quang Trình, SĐT: 0918.665.503 hoặc CN. Ngô Thị Kiều Dung, SĐT: 0984.333.140

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY TÂN

BẢNG CHÀO GIÁ

Đơn vị tính: đồng

STT	Thông tin hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Đơn giá trúng thầu theo TT14 (nếu có)	Ghi chú
1	TÊN HÀNG HÓA - Chủng loại (Model): - Hãng sản xuất: - Nước sản xuất: - Hãng/Nước chủ sở hữu (nếu có): - Hàng hoá đạt tiêu chuẩn: - Năm sản xuất: - Phân nhóm (TT14) (nếu có): - Mã kê khai giá (NĐ98) (nếu có): Cấu hình cung cấp: - Thông số kỹ thuật -						

Đại diện công ty 