

An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Số: 252 /BVAG-VTTBYT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang đang có nhu cầu mua sắm và sửa chữa Trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn năm 2023 của Bệnh viện, nay thông báo đến các công ty cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá sửa chữa, cung cấp hàng hóa với thông tin như sau:

1. Chi tiết hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa – Cấu hình - Tính năng kỹ thuật	Số lượng
1	<p>Hệ thống CT Scanner</p> <p>Yêu cầu chung:</p> <p>Hệ thống cắt lớp điện toán xoắn ốc 32 lát cắt</p> <p>Cấu hình hệ thống:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung máy chính: 01 cái- Bóng phát tia (<i>Trữ nhiệt $\geq 3.5MHU$</i>) : 01 bộ- Hệ thống đầu thu (<i>≥ 16 detector</i>): 01 hệ thống- Máy phát tia X: 01 cái- Bàn bệnh nhân: 01 cái- Bàn điều khiển chính, bao gồm: Hệ thống trạm làm việc và các máy vi tính, màn hình, bàn phím.....: 01 hệ thống <p>Bộ phần mềm (hoặc tương đương tùy theo thiết kế, tên gọi của nhà sản xuất), bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Phần mềm quét xoắn ốc liên tục, trực tuyến;+ Phần mềm quan sát nồng độ thuốc cản quang;+ Giảm nhiễu kim loại;+ Phần mềm hiển thị ảnh 3D và đa diện;+ Lọc lượng tử, giảm liều tia;	01 Hệ thống