

An Giang, ngày 14 tháng 09 năm 2023

Số: 1198 /BVAG-VTTBYT

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp thiết bị y tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Trần Quang Vinh	Nghiệp vụ TTBYT	0939.123.455	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: [tbytbvag@gmail.com](mailto:tbytbvag@gmail.com). Báo giá gửi qua mail được chấp nhận phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 14 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 25 tháng 09 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 25 tháng 09 năm 2023.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim 06 cần	<p><b>Máy chính và phụ kiện chuẩn đi kèm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01</li><li>- Cáp điện tim: 01</li><li>- Dây nguồn : 01</li><li>- Điện cực hút ở ngực bằng nệm cao su: 06</li><li>- Điện cực kẹp chi: 04</li><li>- Giấy in theo máy: 01</li><li>- Pin sạc: 01</li></ul> <p><b>Tính năng kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Là máy điện tim 6 kênh, có phân tích kết quả điện tim.</li><li>- Máy có màn hình màu LCD <math>\geq 4.5</math> inch, giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc.</li><li>- Hiển thị thông số: 12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, mode hoạt động, tần số tim, phức hợp QRS, báo lỗi, điện cực rơi, nhiễu.</li><li>- Máy có kích thước nhỏ gọn, nhẹ.</li><li>- Pin: Thời gian sử dụng khoảng 60 phút khi sạc đầy pin.</li><li>- Máy in nhiệt bên trong máy: có.</li><li>- Tốc độ giấy: 10, 12,5, 25, 50mm/s.</li><li>- Độ nhạy: 5, 10, 20mm/mV.</li><li>- In lưới : Có sẵn.</li><li>- Lọc nhiễu điện cơ, lọc tần số cao, lọc điện xoay chiều, lọc trôi: có.</li></ul>	02	Máy