

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2025

Số: 310 /BVAG-VTTBYT

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm cấp thiết Vật tư y tế** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	phongvttbyt.bvdkag@gmail.com
2	Ngô Thị Kiều Dung	Phó Phòng VTTBYT	0984.333.140	
3	Nguyễn Hữu Lộc		0916.379.911	

- Cách thức tiếp nhận báo giá: **Nhận đồng thời qua 2 hình thức sau:**

- **Nhận trực tiếp:** DS. Châu, SĐT: 033.381.3188, Phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hồ sơ bao gồm:

- ✓ 01 bản báo giá chính, 02 bản sao y công ty.
- ✓ Catalog và các tài liệu liên quan thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá (tiếng Việt).

- **Nhận qua email:** [phongvttbyt.bvdkag@gmail.com](mailto:phongvttbyt.bvdkag@gmail.com). Hồ sơ bao gồm:

- ✓ Báo giá bản scan.
- ✓ File excel báo giá.
- ✓ Catalog và các tài liệu liên quan thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá (tiếng Việt).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 07 tháng 03 năm 2025 đến trước 15h00 ngày 17 tháng 03 năm 2025

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2025

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá (phụ lục đính kèm)

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

3. Báo giá hợp lệ:

- Báo giá được nhận trực tiếp hoặc nhận qua mail trong thời gian quy định của Yêu cầu báo giá.

- Báo giá phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Địa điểm giao, nhận hàng hoá : Lầu 1, Phòng vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

5. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ lúc nhận được đơn dự trù của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

6. Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của Bệnh viện (Theo mẫu báo giá đính kèm) *ml*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.



Nguyễn Duy Tân



CÔNG TY .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

**BÁO GIÁ**  
**Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang**

Chúng tôi Công ty ..... kính gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá các mặt hàng như sau:

Theo Yêu cầu báo giá số 310/BVAG-VTTBYT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện ĐKTT An Giang

**I. Báo giá cho hàng hoá liên quan**

STT	Mã vật tư theo yêu cầu báo giá	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Danh mục hàng hoá	Tên thương mại	Chứng Loại/mã sản phẩm	Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cụ thể để xuất	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Qui cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế phí) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi Chú
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1														

*Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá)*

- 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2025.
- 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thủ hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025  
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp  
(Ký tên, đóng dấu)

**Ghi Chú:**

- (1), (3), (10), (11) : Theo thông tin Yêu cầu báo giá
- (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (14) : Theo đề xuất của công ty
- (13) = (11) x (12)

LI 03.2.1.11

PHỤ LỤC

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 210 /BVAG-VTTBYT ngày 07/03/2025)

STT	Mã vật tư	Tên hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	SP1	Bao dây đốt nội soi	- Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP. (hoặc các chất liệu tương đương). - Kích thước: 7.5cm x 235cm. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	1.200
2	SP2	Bình thông phổi Siphonage đơn	- Bình dẫn lưu dịch màng phổi 2 buồng cấu tạo. - Vật liệu PVC y tế. - Buồng chứa mẫu dung tích 1600ml. - Buồng kín có nước. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	100
3	SP3	Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi Polypropylene, số 0 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C.	- Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 0 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Tép	96
4	SP4	Lưỡi dao mổ	- Lưỡi dao mổ các số 10 - 21. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	2.000
5	SP5	Gói gạc đắp phòng	- Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤8s. - Tiệt trùng. - Kích thước: Gạc 50x50cm: 2 miếng/ gói - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Gói	2.000
6	SP6	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	- Thành phần: Chlorhexidin gluconate 0.5%; Alpha-Terpineol 0.5%; Ethanol; Vitamine E; Tá dược dưỡng da. - Chai 500 ml - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Chai	300
7	SP7	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng cho máy phun tự động	Thành phần chính :10% w/w n-propanol, 66.5% w/w ethanol, Thành phần khác: Glycerin, isopropyl myristate, allantoin, phosphoric acid. Đặc điểm: Dung dịch trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng của cồn. Sử dụng với máy phun tự động 1 lần: 1,5ml và giá treo inox đầu giường và tường. Chai : 1000ml	Chai	160
8	SP8	Gel bôi trơn	- Gel bôi trơn - Thành Phần: + Hydroxyl ethyl Cellulose. + Glycerin. + Natri Benzoat. - Dạng: Gel. Tuýp ≥ 82g. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Tuýp	180
9	SP9	Gel siêu âm	- Gel siêu âm. - Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm. - Can: 5 lít.	Can	50
10	SP10	Sáp Parafin	Sáp Parafin dạng miếng	kg	400
11	SP11	Javel 10% (Vedan, Việt Nam)	- Sodium hypochloite NaClO 10%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	lít	300
12	SP12	Bình khí 100% EO	- Bình khí chứa 100% EO, 170 gram. - Sử dụng tương thích với máy EO hãng 3M hiện có của bệnh viện.	Bình	72
13	SP13	Bông y tế không thấm nước 1kg	- Nguyên liệu: 100% bông xơ thiên nhiên, Không thấm nước, có dạng dài được quấn thành khối hình trụ. - Quy cách: 1kg/gói - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Kg	30
14	SP14	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0 + kim tròn 26mm	- Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. - Kim thép 302 phủ silicon. - Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 1.2 kgf. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016	Tép	192

			Tiêu chuẩn kỹ thuật	DVT	Số lượng
15	SP15	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0	- Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Tép	144
16	SP16	Dây truyền máu	- Bộ dây truyền máu có công kết nối vận xoắn, đáp ứng cho mọi loại túi máu, không có chất DEHP. - Khoan nhỏ giọt trang bị một màng lọc tiểu phân $\geq 200 \mu\text{m}$ . - Có khoá điều chỉnh giọt. - Dây dài 180cm. - Dây truyền làm từ nguyên liệu nhựa y tế. - Tiệt trùng.	Bộ	1.200
17	SP17	Khóa ba ngã 25cm	"Khóa 3 ngã vật liệu polycarbonate có thể xoay 360 độ Đánh dấu mũi tên trên tay cầm cho biết hướng của dòng chảy Đầu côn 6% để đảm bảo không bị rò rỉ Áp suất lên đến 60 psi. Dây nối vật liệu PVC không DEHP, OD 4.1mm, ID 2.8mm. Tiệt trùng. Chứng nhận ISO, CE"	Cái	5.000
18	SP18	Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng	- Chất liệu Teflon. Tay cầm có nút bấm cố định kim và có nắp đậy. - Kim đầu kim loại dài 3-5mm, đường kính 0.5mm - 0.7mm - Đường kính dụng cụ 2,35mm dài 180- 230cm. - Sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	20
19	SP19	Kim cấy chỉ Catgut số 4.5 chỉ 4.0	- Kim cấy chỉ Catgut số 4.5 chỉ 4.0	Cái	8.700
20	SP20	Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm	- Lam kính nhám. - Kích thước: 25,4 x 76,2mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Miếng	5.040
21	SP21	Mask thanh quản số 3,4	- Mask thanh quản làm bằng vật liệu PVC y tế, bóng mềm mịn khít chặt với cổ họng. - Các cỡ. - Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	20
22	SP22	Nẹp căng tay các số	- Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí. - Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm.	Cái	70
23	SP23	Nẹp cánh căng tay (phải, trái) các số	- Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí. - Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 45-65cm.	Cái	30
24	SP24	Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài	- Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot (hoặc tương đương). - Khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ thống dán xé, chiều cao của nẹp từ 65cm-75cm	Cái	
25	SP25	Ống dẫn lưu ổ bụng tiệt trùng số 28	- Ống dẫn lưu (ống thông tiệt trùng), - Số 28Fr - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	400
26	SP26	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C.	- Chỉ phẫu thuật không tự tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim Premium, phủ silicon và thép không gỉ. - Được khử trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, FSC, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Tép	72
27	SP27	Sonde foley 3 nhánh, các số	- Ống thông tiêu: 3 nhánh. - Các cỡ: 16 - 24Fr. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	150
3	SP28	Stent đường mật bằng nhựa, loại thẳng	- Ống thông đường mật, thẳng đoạn giữa hơi cong theo đường mật (center bend). - Thời gian lưu stent đến 360 ngày. - Chất liệu Polyurethane mềm, dẻo. - Đầu có điểm cân quang giúp quang sát tốt hơn. - Đường kính 7-8,5-10Fr dài 5-12cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	8



STT	Mã vật tư	Tên hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
29	SP29	Stent đường mật bằng nhựa, loại đuôi heo	- Ống thông đường mật, cong 2 đầu. - Thời gian lưu stent đến 360 ngày. - Chất liệu Polyurethane mềm, dẻo. - Đầu có điểm cân quang. - Đường kính 7-10Fr dài 5-7cm. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, CE, ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	6
30	SP30	Tạp dề y tế	Chất liệu: nhựa. Tạp dề có dây buộc, dùng 1 lần. Có kích thước: Chiều dài sản phẩm: 1250 mm x rộng: 720 mm (+/-20mm) Kích thước phần dây thắt lưng: 80*490 mm (+/-10mm) Kích thước cổ áo: 170*250 mm (+/-10mm).	Cái	4.000
31	SP31	Túi cuộn tiệt trùng loại đẹp 100mmx200m	- Túi hấp tiệt trùng loại đẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	8
32	SP32	Túi cuộn tiệt trùng loại đẹp 150mm x 200m	- Túi hấp tiệt trùng loại đẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	12
33	SP33	Túi cuộn tiệt trùng loại đẹp 200mm x 200m	- Túi hấp tiệt trùng loại đẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	16
34	SP34	Túi cuộn tiệt trùng loại đẹp 250mmx200m	- Túi hấp tiệt trùng loại đẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	15
35	SP35	Túi cuộn tiệt trùng loại đẹp 300mmx200m	- Túi hấp tiệt trùng loại đẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	15
36	SP36	Túi cuộn tiệt trùng loại đẹp 400mmx200m	- Túi hấp tiệt trùng loại đẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép. - Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. - Định lượng của giấy cấp y tế: 60gsm hoặc 70gsm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE Marking - EN ISO 13485:2016 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	2
<b>Tổng cộng: 36 khoản</b>					



*Handwritten signature/initials*