

An Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2025

Số: 1165 /BVAG-VTTBYT

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng đại tràng thể hệ video với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nhân viên Phòng VTTBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2025 đến trước 15 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2025.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục bảo trì:

STT	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Bảo trì hệ thống nội soi dạ dày tá tràng đại tràng thế hệ video	Hệ thống	01
	Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng đại tràng thế hệ video <ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất máy chính: Olympus - Nước sản xuất máy chính: Nhật - Năm sản xuất: 2020 - Năm sử dụng: 2020 Hệ thống gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Bộ xử lý (Model: CV-190): 01 cái. - Nguồn sáng (Model: CLV-190): 01 cái. - Ống soi đại tràng (Model: CF-HQ190): 01 ống. - Ống soi dạ dày (Model: GIF-H190): 01 ống. 		
	I. Yêu cầu chung:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Bảo trì: 02 lần/năm - Thời gian bảo trì: 03 năm - Thay thế linh kiện trong thời hạn hợp đồng Bảo trì được bao gồm như chi phí kiểm tra, chi phí thay thế, phụ tùng thay thế (<i>Không bao gồm vật tư tiêu hao, phụ kiện đi kèm ống soi như van khí nước, van hút, bộ rửa kênh, nắp đậy kênh sinh thiết, chổi rửa, vv... và tất cả các loại dây cáp tín hiệu, dây nguồn</i>). - Để duy trì thời gian hoạt động cho thiết bị trên thuộc hợp đồng bảo trì này, Công ty sẽ cung cấp một thiết bị Cho mượn/Dự phòng tương đương để sử dụng trong quá trình sửa. 		
	II. Nội dung bảo trì		
	1. Ống nội soi: <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra rò rỉ - Đo và kiểm tra góc uốn cong. - Đo lưu lượng khí/nước. - Kiểm tra hình ảnh.. - Kiểm tra toàn bộ ống soi - Kiểm tra dây cáp cần nâng dụng cụ. - Kiểm tra tình trạng dây dẫn sáng 		

STT	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và lau chùi thấu kính, thị kính - Kiểm tra nút nhấn điều khiển. - Kiểm tra lưu lượng hút. - Kiểm tra các đầu kết nối điện. 		
	2. Bộ xử lý <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tổng quát bề mặt bên ngoài thiết bị. - Kiểm tra các phím chức năng. - Kiểm tra dây tín hiệu và các cổng kết nối tín hiệu. - Kiểm tra nguồn điện và công tắc nguồn. - Đo lưu lượng máy bơm khí (Nếu có). - Kiểm tra đèn và công tắc đèn (cho nguồn sáng halogen). 		
	3. Nguồn sáng <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tổng quát bề mặt bên ngoài thiết bị. - Kiểm tra các phím chức năng. - Kiểm tra các đầu kết nối tín hiệu hình ảnh, điều khiển ánh sáng, dây dẫn sáng. - Kiểm tra nguồn điện và công tắc nguồn. - Đo lưu lượng máy bơm khí (nếu có). - Đo cường độ sáng bóng đèn Xenon. - Lau chùi thấu kính. 		

* **Ghi chú:** Kỹ thuật viên thực hiện bảo trì là người đã được hãng Olympus đào tạo và cấp chứng nhận chuyên môn.

2. Địa điểm của hàng hoá để thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng: Tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.



Nguyễn Duy Tân