

An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Số: 495/BVAG-HCQT.TMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm tra, sửa chữa máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Trần Thị Mai Phương	Nhân viên Tổ Mua Sắm	0985512166	tomuasam.bvdkag@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp: Báo giá gửi tại Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư: Báo giá gửi Trần Thị Mai Phương - Nhân viên Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua email: Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có).

4. Thời hạn tiếp nhận về việc các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp dịch vụ đến Bệnh viện để kiểm tra, giám định tình trạng hư hỏng của thiết bị: Từ 16giờ 00', ngày 28 tháng 3 năm 2025 đến trước 16 giờ 00' ngày 08 tháng 04 năm 2025

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16giờ 00' ngày 28 tháng 03 năm 2025 đến trước 16 giờ 00' ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Kiểm tra, giám định, khắc phục sửa chữa.

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Ngày dự kiến hoàn thành dịch vụ
01	Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước 2 cửa Sakura (593 lít) Model: FDV-M12W. Hãng sản xuất: Sakura Nước sản xuất: Nhật. Năm sản xuất/sử dụng: 2020/2020. Hiện trạng: Máy không hoạt động và báo lỗi Er 36 và Er 02.	Kiểm tra, giám định, khắc phục sửa chữa hoặc thay thế linh kiện để máy hoạt động ổn định.	1 máy	Không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Văn Bé