

An Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2025

Số: 871/BVAG-VTTBYT

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy lọc khuẩn không khí và thay thế bộ đèn phản ứng máy khử khuẩn, làm sạch không khí với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nhân viên Phòng VTTBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h ngày 12 tháng 05 năm 2025 đến trước 15h ngày 23 tháng 05 năm 2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Thông số kỹ thuật tương đương	SL
<p>01</p>	<p>Máy lọc khuẩn không khí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu chào rõ: Model, hãng sản xuất, nước sản xuất. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (<i>hoặc các tiêu chuẩn tương đương</i>). - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở đi. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng <p>Cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn. <p>Công nghệ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng công nghệ diệt khuẩn kép quang hóa với xúc tác TiO₂ cấp độ nanomet dạng ống có hoạt tính cao kết hợp với ánh sáng bước sóng 254nm (<i>hoặc các công nghệ tương đương</i>). - Thiết bị có khả năng loại bỏ Covid-19, virus, vi khuẩn, nấm mốc và các độc tố kích thước $\leq 0.1\mu\text{m}$ và chất vô cơ dễ oxy hóa tạo thành các chất vô hại, trả lại nguồn không khí trong sạch. - Thiết bị không sản sinh chất có hại, không tạo ra ô zôn. - Hiệu quả xử lý đạt $\geq 99,9\%$. <p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (<i>D x R x C</i>): Nhà thầu nêu rõ. - Trọng lượng: Nhà thầu nêu rõ. - Độ ồn: ≤ 50 dB. - Công suất tiêu thụ: Nhà thầu nêu rõ. - Kích thước phòng (<i>phòng lắp đặt tiêu chuẩn</i>): $\geq 300\text{m}^3$. - Vỏ thiết bị: Vỏ cách nhiệt composite (<i>hoặc tương đương</i>). - Màu sắc: Trắng. - Lắp đặt: Treo trên tường hoặc trần. 	<p>02 cái</p>
<p>02</p>	<p>Bộ đèn phản ứng máy khử khuẩn, làm sạch không khí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu chào rõ: Hãng sản xuất, nước sản xuất, model (<i>nếu có</i>). - Hàng mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 trở đi. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng 	<p>12 bộ</p>

STT	Thông số kỹ thuật tương đương	SL
	Thông số kỹ thuật <ul style="list-style-type: none">- Số lượng bóng đèn: 46 bóng.- Công suất: 8W/ bóng.- Bước sóng: 254nm.- Tương thích với máy làm sạch không khí Airoid GCS-100.	

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng
3. Địa điểm giao, nhận hàng hoá: Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

Giám đốc



Nguyễn Duy Tân