

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Lắp đặt ngõ ra khí y tế. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

TT	Họ và tên	Chức Vụ	Điện Thoại	Email nhận báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VT-TBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nv Phòng VT-TBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ ngày 03/02/2026 đến trước 10 giờ ngày 13/02/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 13/02/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


1. Danh mục hàng hoá:

STT	Hàng hóa, thông số kỹ thuật và dịch vụ tương đương	SL	ĐVT
1	Cụm ngõ ra 3 loại khí (O, A,V) - Xuất xứ: Nhóm nước G7 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA. - Lưu lượng ≥ 120 lít/phút đối với oxy, nén. - Lưu lượng ≥ 80 lít/phút đối với hút. - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom (<i>hoặc các vật liệu tương đương</i>), tích hợp lưới lọc kích thước $\leq 60\mu\text{m}$ đối với oxy, nén 04 bar và $\leq 350\mu\text{m}$ đối với hút. Thành phần gồm: - Hộp khí ra cho 03 loại khí (O, A, V) - Chuẩn kết nối: Afnor <i>Lưu ý</i> - Dạng lắp đặt: Lắp trên hộp kỹ thuật đầu giường hiện hữu tại Bệnh viện. - O: khí Oxy; A: khí nén 04 bar; V: hút	28	bộ
2	Van ngắt tay (đường kính 15mm) - Xuất xứ: Nhóm nước G7 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA - Van sử dụng là loại van bi (ball valve), van được thiết kế cho phép đóng kín/mở toàn phần bằng tay với tay cầm, xoay $\frac{1}{4}$ vòng (90°). - Áp suất làm việc tối đa tại van: ≥ 15 bar. - Thân van làm bằng đồng thau mạ nickel, bi van được làm bằng đồng thau mạ crom cứng (<i>hoặc các vật liệu tương đương</i>). - Van được thiết kế với gioăng làm kín bằng PTFE (<i>Teflon hoặc các vật liệu tương đương</i>), (<i>đảm bảo không rò rỉ và không bị kẹt khi đóng/mở</i>)	8	cái
3	Van ngắt tay (đường kính 22mm) - Xuất xứ: Nhóm nước G7 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA - Van sử dụng là loại van bi (ball valve), van được thiết kế cho phép đóng kín/mở toàn phần bằng tay với tay cầm, xoay $\frac{1}{4}$ vòng (90°). - Áp suất làm việc tối đa tại van: ≥ 15 bar.	16	cái

STT	Hàng hóa, thông số kỹ thuật và dịch vụ tương đương	SL	ĐVT
	- Thân van làm bằng đồng thau mạ nickel, bi van được làm bằng đồng thau mạ crom cứng (<i>hoặc các vật liệu tương đương</i>). Van được thiết kế với gioăng làm kín bằng PTFE (<i>Teflon hoặc các vật liệu tương đương</i>), (<i>đảm bảo không rò rỉ và không bị kẹt khi đóng/mở</i>)		
4	Ống đồng hệ thống ống khí - Ống đồng D12 x 0.6mm, $P_{max} \geq 5400$ Kpa. - Chuyên dùng cho y tế. - Tiêu chuẩn chất lượng: BS EN 13348/EN 1057. - Độ sạch bên trong ống: Đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm². - Ống có độ dài ≥ 5 m và là ống liền không hàn nối.	45	m
5	Ống đồng hệ thống ống khí - Ống đồng D15 x 0.7mm, $P_{max} \geq 5200$ Kpa - Chuyên dùng cho y tế. - Tiêu chuẩn chất lượng: BS EN 13348/EN 1057. - Độ sạch bên trong ống: Đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm². - Ống có độ dài ≥ 5 m và là ống liền không hàn nối.	12	m
6	Ống đồng hệ thống ống khí - Ống đồng D22 x 0.9mm, $P_{max} \geq 5000$ Kpa - Chuyên dùng cho y tế - Tiêu chuẩn chất lượng: BS EN 13348/EN 1057 - Độ sạch bên trong ống: Đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm². - Ống có độ dài ≥ 5 m và là ống liền không hàn nối.	20	m
7	Vật tư lắp đặt - Tiêu chuẩn chất lượng: EN 1254 - Là loại co, tê, ... chuyên dùng có kích thước phù hợp với từng đường kính ống. - Co 90 từ D28-12 - Co giảm D28-12 - Tê nối từ D28-12 - Tê giảm D28-12 - Nối thẳng từ D28-12 - Nối giảm D28-12	1	lô

STT	Hàng hóa, thông số kỹ thuật và dịch vụ tương đương	SL	ĐVT
8	Vật liệu mua trong nước phục vụ cho việc lắp đặt - Vòng xiết ống - Phụ kiện lắp đặt: Giá đỡ, Ty ren, Tắc kê, Bulon, Long đền, sắt V, Vis M5, tán M5 - Vật liệu tiêu hao: chai oxy, Ni tơ, acetylen hàn, giấy nhám, que hàn, nhãn đường ống, dây rút, băng keo ...	1	lô
9	Chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống	1	gói

Ghi chú: Tên vật tư và các tên gọi khác có thể thay đổi theo từng hãng cung cấp.

- Địa điểm giao, nhận hàng hoá và lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.



Giám đốc

Nguyễn Duy Tân