

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm Bơm tiêm điện. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

TT	Họ và tên	Chức Vụ	Điện Thoại	Email nhận báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VT-TBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nv Phòng VT-TBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ ngày 31/12/2025 đến trước 16 giờ ngày 14/01/2026.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 14/01/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm điện	15	Cái

(Cấu hình chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Địa điểm giao, nhận hàng hoá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

Giám đốc

Nguyễn Duy Tân

PHỤ LỤC

(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 1484/BVAG-VTTBYT ngày 31/12/2025)

T T	Tên hàng hoá	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Mã HS	Quy cách/Thông số kỹ thuật/ Cấu hình/ Mô tả kỹ thuật tương đương
								- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC/FDA.
								Cấu hình cung cấp - Máy chính: 01 cái. - Phần mềm thư viện thuốc, tối đa ≥ 3000 loại thuốc: 01 bộ - Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 cái. - Dây nguồn điện: 01 cái. - Kẹp treo cọc truyền: 01 cái. - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.
								Tính năng kỹ thuật - Đạt tiêu chuẩn chống sốc điện, chống nhiễu: CF hoặc Class I trở lên. - Tiêu chuẩn chống nước từ IP24 trở lên. - Nguồn điện cung cấp: + Sử dụng điện nguồn cung cấp 220V, 50/60 Hz, kết nối qua dây nguồn hoặc trạm giá treo. + Hoặc sử dụng pin sạc: Loại Lithium-ion; Thời gian sử dụng pin: $\geq 12h$ tại tốc độ ≤ 25 ml/h. - Sử dụng được các xylanh có thể tích: 05, 10, 20, 30, 50/60 (ml). - Các thông số hiển thị khi đang truyền (<i>tối thiểu</i>): Tốc độ truyền, thể tích đã truyền, thời gian truyền, dung lượng pin còn lại, áp lực tác nghẽn đường tiêm, tên thuốc và mã màu thuốc. - Có hình vẽ hướng dẫn lắp xylanh trên bơm trên màn hình hiển thị. - Nhập tốc độ truyền bằng phím bấm hoặc núm xoay. - Tốc độ tiêm: Từ ≤ 0.01 đến ≥ 1200 ml/h.
1	Bơm tiêm điện	Nhà thầu nếu rõ	Nhà thầu nếu rõ	Nhà thầu nếu rõ	Nhóm nước G7	Nhà thầu nếu rõ	Nhà thầu nếu rõ (nếu có)	

T T	Tên hàng hoá	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Mã HS	Quy cách/Thông số kỹ thuật/ Cấu hình/ Mô tả kỹ thuật tương đương
								- Truyền nhanh: Thủ công (ấn và giữ phím) hoặc tự động (không cần ấn và giữ phím). - Thẻ tích truyền: Từ ≤ 0.1 đến ≥ 9000 ml. - Thời gian truyền: Từ ≤ 01 phút đến ≥ 99 giờ . - Độ chính xác: ≤ 02 % - Tự động tính tốc độ truyền theo thể tích, thời gian hoặc theo liều lượng thuốc đặt trước. - Có hỗ trợ kết nối không dây. - Giới hạn cảnh báo áp lực nghẽn có thể cài đặt: ≤ 75 đến ≥ 900 mmHg (≥ 09 mức cài đặt) - Chế độ thư viện thuốc: + 3000 loại thuốc. + Có giới hạn cứng và giới hạn mềm. + ≥ 08 mã màu (hoặc thẻ màu). - Có chức năng báo động khi (tối thiểu): Ống tiêm lắp sai vị trí, bị tắc nghẽn trên đường truyền, gần hết dịch, hết pin (hoặc pin yếu), chưa cài đặt thông số truyền, kết thúc truyền (hoặc hoàn thành thể dịch đặt trước). - Có chức năng khóa bàn phím (tránh thay đổi cài đặt hoặc tránh ấn nhầm phím khi máy đang hoạt động). - Có cơ chế đóng hỗ trợ chống liều truyền nhanh tự do trong khi thay xylanh. - Có chế độ dừng tạm thời. - Chức năng giữ mở tĩnh mạch (KVO), tốc độ KVO tối đa ≤ 03ml/h. - Bộ nhớ: ≥ 10.000 sự kiện. - Kẹp treo cọc truyền xoay được 02 chiều: ngang và đứng.

*** Yêu cầu khác**

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau

- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi nghiệm thu.
 - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: 6 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành.
- * Ghi chú**
- Đối với hàng hóa không có ký mã hiệu, nhãn hiệu, Công ty điền “***Không có***” và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin mà nhà thầu kê khai
 - Tên dụng cụ và các tên gọi khác có thể thay đổi theo từng hãng cung cấp. Bất kỳ nhãn hiệu, ký mã hiệu, hãng sản xuất, danh từ riêng (*nếu có*) trong Bảng phụ lục chỉ mang tính chất tham khảo, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, Nhà cung cấp có thể chào hàng hoá của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương, chấp nhận được hoặc ưu việt hơn các hàng hoá nêu trên.