

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Số: 456 /BVAG-VTTBYT

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm giường y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nhân viên Phòng VTTBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 25 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 07 tháng 04 năm 2025

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Danh mục hàng hoá, cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
01	<p>GIƯỜNG BỆNH NHÂN</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khung giường: 01 bộ- Nệm giường: 01 Cái- Tấm đầu giường và đuôi giường: 01 bộ- Tay quay: 02 Cái- Bánh xe: 04 Cái- Cây treo dịch truyền: 01 Cái <p>Thông số kỹ thuật :</p> <p>Kích thước (Dài x Rộng x Cao): $\geq 2060 \text{ mm} \times 920 \text{ mm} \times 440 \text{ mm}$</p> <ul style="list-style-type: none">- Góc nâng lưng, đầu cao nhất: $\geq 80^\circ \pm 5^\circ$- Góc nâng đùi, chân: $\geq 35^\circ \pm 5^\circ$- Tải trọng giường: $\geq 200\text{kg}$- Kích thước mặt giát giường: $\geq 815 \text{ mm} \times 1930 \text{ mm}$ <p>KẾT CẤU GIƯỜNG :</p> <p>Mặt giường : Làm bằng thép</p> <p>Khung giường : Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp $\geq 30 \times 60 \text{ mm}$, dày $\geq 1.4 \text{ mm}$.</p> <p>Chân giường : Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện kích thước hộp $\geq 50 \times 50 \text{ mm}$, dày $\geq 1.4\text{mm}$. Giữa hai chân giường liên kết với nhau bằng thép hộp vuông $\geq 30 \times 30 \text{ mm}$.</p> <p>Đầu giường : Làm bằng nhựa ABS, có thể tháo rời</p> <p>Tay quay : Giường có 2 tay quay, có thể gập gọn được:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần lưng, đầu mặt giường.+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần đùi, chân mặt giường. <p>Bánh xe :</p> <ul style="list-style-type: none">+ Số lượng: 4 bánh xe, có ≥ 02 bánh có phanh (khóa).+ Vật liệu của lớp bánh: Cao su tổng hợp.	Cái	50

STT	Danh mục hàng hoá, cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>+ Vật liệu chịu lực: Thép</p> <p>+ Đường kính: ≥ 125 mm.</p> <p>Thành chắn : Có thể gấp gọn xuống.</p> <p>Nệm :</p> <p>+ Kích thước: $\geq 1930 \times 840 \times 50$ mm.</p> <p>+ Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước.</p>		
	<p>GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐIỆN</p> <p>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, CE, FDA.</p> <p>- Bảo hành: ≥ 36 tháng</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Khung giường với 04 bánh xe: 01 bộ</p> <p>- Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ</p> <p>- Thành chắn hai bên: 01 bộ</p> <p>- Nệm: 01 cái</p> <p>- Cây treo dịch truyền: 01 cái</p> <p><u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <p>- Mặt giường được làm bằng nhựa PP (hoặc HDPE hoặc các chất liệu tương đương) có lỗ thoáng khí</p> <p>- Tấm đầu/Chân giường chất liệu nhựa ABS (hoặc các chất liệu tương đương) đúc nguyên khối, có thể tháo lắp và khóa.</p> <p>- Lan can làm bằng vật liệu nhựa, mỗi bên 2 tấm.</p> <p>- Động cơ tuyến tính: 4 chiếc</p> <p>- Kích thước bên ngoài (dài*rộng): $\geq 2050 * \geq 990$mm</p> <p>- Chiều cao trong khoảng: ≤ 460 và ≥ 730</p> <p>- Tải trọng giường: ≥ 220kg</p> <p>- Vùng nâng hạ:</p> <p>+ Góc nâng/hạ phần lưng: từ 0 – $\geq 70^\circ$</p> <p>+ Góc nâng/hạ vùng gối: 0 - $\geq 30^\circ$.</p> <p>+ Độ cho tư thế Trendelenburg/ Trendelenburg ngược: $\geq \pm 10^\circ$</p> <p>- Có thể chuyển thành ghế ngồi (tư thế tạo ghế ngồi).</p> <p>- Có chức năng CPR: đưa nhanh giường về trạng thái ban đầu trong trường hợp cấp cứu.</p> <p>- Có khóa trung tâm.</p> <p>- Bánh xe: ≥ 125 mm, có phanh.</p>	Cái	20

STT	Danh mục hàng hoá, cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Điều khiển giường bằng điện. - Có bảng điều khiển ở thành lan can và bảng điều khiển rời cho phép: nâng cao - hạ thấp giường, điều chỉnh phần đầu, chân. - Pin dự phòng - Lỗ cắm truyền dịch. - Giá treo nước thải. - Nệm giường. - Bề mặt giường có thể chụp Xquang. - Nguồn điện vào 220VAC. 		

* *Ghi chú:* Nhãn hiệu, mã hiệu, ký hiệu, tên nhà sản xuất hàng hoá nêu trong yêu cầu kỹ thuật (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá, Bên chào giá có thể chào hàng hoá của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hoá nêu trên về yêu cầu kỹ thuật.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng
3. Địa điểm giao, nhận hàng hoá: Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

Giám đốc



Nguyễn Duy Tân