

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm máy siêu âm cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: Số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

TT	Họ và tên	Chức Vụ	Điện Thoại	Email nhận báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VT-TBYT	0918.665.503	tbytbvag@gmail.com
2	Ngô Thị Lệ Hằng	Nv Phòng VT-TBYT	0919.303.727	

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 60, đường Ung văn Khiêm, Phường Long xuyên, Tỉnh An Giang.

- Nhận qua email: tbytbvag@gmail.com. Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ ngày 24/07/2026 đến trước 16 giờ ngày 04/08/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 04/08/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

STT	Danh mục hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm xách tay	Cái	02

(Cấu hình chi tiết theo phụ lục danh mục đính kèm)

2. Yêu cầu khác:

- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%.
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng.
- Nhà thầu chào giá đầy đủ các nội dung sau:

STT	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Quy cách/Thông số kỹ thuật/Mô tả kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá	Thành tiền
1	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ (nếu có)	Nhà thầu nêu rõ (nếu có)	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ	(Chi tiết theo phụ lục danh mục đính kèm)	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ (nếu có)	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ

3. Địa điểm giao, nhận hàng hoá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 30 ngày từ khi nhận được hoá đơn và đầy đủ chứng từ kèm theo. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.

Giám đốc



Nguyễn Duy Tân

PHỤ LỤC

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 1298 /BVAG-VTTBYT, ngày 24/07/2026)

STT	Tên thiết Bị	Quy cách/Thông số kỹ thuật/Mô tả kỹ thuật
01	Máy siêu âm xách tay	I. Yêu cầu chung: - Model: MX3 - Hãng sản xuất: Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. - Xuất xứ: Trung Quốc. - Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE/MDR. II. Yêu cầu cấu hình cung cấp: <i>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:</i> - Máy chính: 01 - Xe đẩy chính hãng: 01 - Dây nguồn và Adapter: 01 - Đầu dò tim (sector): 01 - Đầu dò mạch máu (Linear): 01 - Đầu dò bụng (Convex): 01 III. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật <i>Đặc tính chung</i> - Ứng dụng: Ổ bụng, phụ khoa, sản khoa, tim mạch, cơ quan nhỏ, tiết niệu, mạch máu, nhi khoa, thần kinh, cấp cứu & hồi sức. - Khả năng kết nối DICOM 3.0. - Màn hình hiển thị ≥ 15 inch, độ phân giải: $\geq 1920 \times 1080$. - USB: ≥ 03 cổng (01 USB Type C). - Ethernet: ≥ 01 cổng. - Số cổng cắm đầu dò: ≥ 02 cổng. - S-video: ≥ 01 cổng. - HDMI: ≥ 01 cổng. - Thời gian sạc đầy Pin: ≤ 04 giờ, Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 1.5 giờ. <i>Yêu cầu về thông số đầu dò</i> - Đầu dò Convex:

STT	Tên thiết Bị	Quy cách/Thông số kỹ thuật/Mô tả kỹ thuật
		+ Ứng dụng: Bụng, phụ khoa, sản khoa, mạch máu, thần kinh, cơ xương, tiết niệu, lồng ngực/màng phổi, bộ phận nhỏ. + Dải tần: $\leq 2.0 - \geq 6.0$ MHz. - Đầu dò Linear: + Ứng dụng: Nhi khoa, các bộ phận nhỏ, cơ xương, mạch máu, thần kinh + Dải tần: $\leq 3.0 - \geq 13$ MHz. - Đầu dò Sector: + Ứng dụng: Bụng, phụ khoa, sản khoa, tim mạch, nhi khoa, mạch máu, lồng ngực/màng phổi, đầu. + Dải tần: $\leq 2.0 - \geq 4.0$ MHz. Các mode hoạt động: + B-mode + M-Mode + Color Mode + Mode hình ảnh Doppler năng lượng + Mode Doppler xung + Mode Doppler liên tục Phần mềm: - Phần mềm chụp ảnh toàn cảnh giúp mở rộng trường quan sát bằng cách ghép nhiều ảnh thành một ảnh kéo dài. - Phần mềm hướng dẫn siêu âm. - Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc. - Phần mềm tự động tính thể tích bàng quang. - Phần mềm tự động đo hình thái học thai nhi. - Phần mềm tính toán tự động độ mờ da gáy.