

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm Hoá chất, Vật tư y tế lần 1 năm 2025** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

STT	Họ và tên	Chức Vụ	Số Điện Thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Nguyễn Quang Trình	Trưởng Phòng VTTBYT	0918.665.503	phongvttbyt.bvdkag@gmail.com
2	Ngô Thị Kiều Dung	Phó Phòng VTTBYT	0984.333.140	
3	Nguyễn Hữu Lộc		0916.379.911	

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận đồng thời qua 2 hình thức sau:

- **Nhận trực tiếp:** DS. Châu, SĐT: 033.381.3188, Phòng VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 đường Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hồ sơ bao gồm:

- ✓ 01 bản báo giá chính, 02 bản sao y công ty.
- ✓ Catalog và các tài liệu liên quan thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá (tiếng Việt).

- **Nhận qua email:** phongvttbyt.bvdkag@gmail.com. Hồ sơ bao gồm:

- ✓ Báo giá bản scan.
- ✓ File excel báo giá.
- ✓ Catalog và các tài liệu liên quan thể hiện thông số kỹ thuật của hàng hoá (tiếng Việt).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00, ngày 23 tháng 12 năm 2024 đến trước 15h00 ngày 02 tháng 01 năm 2025

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2025



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá (phụ lục đính kèm)

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng

3. Báo giá hợp lệ:

- Báo giá được nhận trực tiếp hoặc nhận qua mail trong thời gian quy định của Yêu cầu báo giá.

- Báo giá phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

4. Địa điểm giao, nhận hàng hoá : Lầu 1, Phòng vật tư thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60 Ung văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

5. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ lúc nhận được đơn dự trù của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

6. Các thông tin khác: Báo giá theo mẫu của Bệnh viện (Theo mẫu báo giá đính kèm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT, VT.



GIÁM ĐỐC *ml*

Nguyễn Duy Tân



CÔNG TY.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....



Phụ lục: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

Chúng tôi Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá các mặt hàng như sau:

Theo Yêu cầu báo giá số 1633/BVAG-VTTBYT ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện ĐKTT An Giang

1. Báo giá cho hàng hoá liên quan

STT	Mã vật tư	Mã VTYT theo QB 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Danh mục hàng hoá	Tên thương mại	Chung Loại/mã sản phẩm	Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật cụ thể xuất	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm thuế phí) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi Chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1														

Ghi kèm theo các tài liệu chứng minh về tình năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi Chú:

(1), (3), (10), (11) : Theo thông tin Yêu cầu báo giá

(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (14) : Theo đề xuất của công ty

(13) = (11) x (12)

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Đính kèm yêu cầu báo giá số: 1633/BVAG-VTTBYT ngày 23/12/2024)

STT	Mã vật tư	Danh mục hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	DVT	Số lượng
1	VT1	Bình thông phổi	- Bình dẫn lưu dịch màng phổi 2 buồng cấu tạo. - Vật liệu PVC y tế. - Buồng chứa máu dung tích 1600ml. - Buồng kín có nước. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	200
2	VT2	Bơm tiêm sử dụng một lần không kim 50ml	- Dung tích: 50ml đầu nhỏ. - Nhựa y tế. Pit tông có khía bề gây dễ hút. Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485: 2016; CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	15.000
3	VT3	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ Didecylmethyl ammonium chloride + Chlorhexidine digluconate	- Thành phần: $\geq 6,5\%$ Didecylmethyl ammonium chloride + $\geq 0,074\%$ Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt non-ionic. Nồng độ sử dụng $\leq 0,5\%$ (25ml trong 5 lít nước) pH = 6.6 - 7.6.- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV và Diệt virus Vacinia EN 17111 - Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút. Can 5L - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 15883, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	can 5 lít	60
4	VT4	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao	Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút.Can 5L -Tái sử dụng trong 14 ngày (lặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA).- Diệt khuẩn EN 14561, Diệt nấm EN 14562, Diệt vi khuẩn lao EN 14563, Diệt virus EN 17111 và Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 -Tương thích với ống nội soi hãng Olympus... -Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485, ISO 9001 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Can	70
5	VT5	Dây hút đàm nhớt các số	- Được sản xuất từ nhựa y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm, có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây cách đầu bo tròn - Một đầu dây được gắn khóa van điều chỉnh. - Tiệt trùng. *Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Cái	20.000
6	VT6	Bộ dây lọc máu cho máy thận	- Bộ dây lọc máu gồm: - 01 dây động mạch; - 01 dây tĩnh mạch; - Phin lọc khí- transducer protector; - 01 dây truyền dịch; - Túi dịch xả 2 lít; - Đường kính dây bơm: 8 x 12mm, dài 420mm. - Bầu nhỏ giọt : đường kính:20- 22mm, có màng lọc. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn: ISO13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	Bộ	10.000
7	VT7	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene, số 7/0	- Chỉ không tan đơn sợi phù hợp Polypropylene + Polyethylene, số 7/0, chỉ dài ≥ 75 cm , 2 kim tròn 3/8, kim làm bằng thép không gỉ, thân kim phủ silicone. - Lực căng kéo nút thắt 1.86N. - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn FDA/EC, ISO	Tép	150
8	VT8	Javel 10%	- Sodium hypochloite NaClO 10%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương).	lít	300



STT	Mã vật tư	Danh mục hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
9	VT9	Bộ dây thở oxy chữ T	<ul style="list-style-type: none"> - Dây làm bằng vật liệu PE - Gồm 2 đoạn: 2 Ống trong suốt Ø22mm, Ø15mm. Làm bằng vật liệu PE - 1 Đầu nối xoay luer lock cong 90 độ (22M/15F- 15M) - 1 Co nối chữ Y (22F-22M) - 4 Co nối thẳng (22F-22M) - 2 ống co giãn dài 160cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). 	Bộ	2.000
10	VT10	Khóa ba ngã 25cm	<ul style="list-style-type: none"> - Khóa ba ngã có dây dài 25cm. - Chống nứt gãy & chịu được áp lực cao ≥ 300 psi - Không có chất DEHP. Vật liệu Polycarbonate (hoặc tương đương). - Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). 	Cái	5.000
11	VT11	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa bơm thuốc	<p>Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo gồm 2 cánh tay dẹt bất chéo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : FEP hoặc Teflon, lưu giữ trong mạch máu ≥ 72h. - Có đường cân quang tương phản trong thân ống thông - Size: 18G (đường kính 1.0 - 1.3mm; chiều dài 3.2 - 3.8cm, 96ml/min) - Size: 20G (đường kính 1.0 - 1.3mm; chiều dài 3.2 - 3.8cm, 61ml/min) - Size: 22G (đường kính 0.9 - 1.0mm; chiều dài 1.9 - 2.5cm, 36ml/min) - Size: 24G (đường kính 0.6 - 0.9mm; chiều dài 1.7 - 1.9cm, 22ml/min) - Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485, chứng chỉ MDR EU, CE 	Cái	60.000
12	VT12	Que thử đường huyết	<ul style="list-style-type: none"> - Que thử dạng hình khối, có đầu hút dạng vôi, đóng gói riêng lẻ từng cái nằm bên trong nút nhựa có màng phim bảo quản tránh ẩm và oxy hóa. Sử dụng men Glucose Oxidase & Peroxidase, không bị ảnh hưởng đường malto và oxy hòa tan. Đo được máu mao mạch, tĩnh mạch. Thể tích mẫu máu khi đo 0.8μL. - Kim lấy máu: kim hoàn toàn nằm trong vỏ nhựa (không chứa Latex và PVC) . Nòng kim rỗng, đầu kim sắc bén do cắt vát 2 lần. Độ sâu thâm nhập khi lấy mẫu máu từ 0.3mm đến 1.8mm. - Đóng gói riêng lẻ từng cái. - Cung cấp máy khi trưng thầu 	Bộ	30.000
13	VT13	Gói gạc đắp phòng vô trùng NK04	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyên liệu: Gạc 100% cotton, tốc độ thấm hút ≤ 8s, tiệt trùng. - Kích thước: Gạc 50x50cm: 2 miếng/ gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016(hoặc tương đương) 	Gói	5.000
14	VT14	Túi đựng nước tiểu	<ul style="list-style-type: none"> - Túi đựng nước tiểu bằng nhựa, có van xả, có dây treo 2000ml, có chia thể tích. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 (hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương). 	Cái	10.000
Tổng cộng: 14 khoản					

