

Số: 376 /BVAG-HCQT.TMS

An Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm vật tư y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Địa chỉ: số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ mail gửi báo giá
1	Trần Thị Mai Phương	Nhân viên Tổ Mua Sắm	0985512166	tomuasam.bvdkag@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp:

Nơi nhận: Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư:

Người nhận: Trần Thị Mai Phương - Nhân viên Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa An Giang, số 60 Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua mail: tomuasam.bvdkag@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 09 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 09 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2025.

6. Báo giá hợp lệ phải được ký tên, đóng dấu của đơn vị báo giá; có cam kết đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và nộp kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Stt	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá	Thành tiền
01	Ống soi tai mũi họng	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	Thụy Sĩ	Storz Endoskop Productions GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - HOPKINS Telescope - Độ phân giải: HD, 4K - Hướng nhìn: 0 độ - Đường kính: 2.7 mm - Chiều dài làm việc: 11 cm - Có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước. 	Cái	01	<i>Nhà thầu nêu rõ (nếu có)</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>
02	Ống soi tai mũi họng	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	Thụy Sĩ	Storz Endoskop Productions GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - HOPKINS Telescope - Độ phân giải: HD, 4K - Hướng nhìn: 0 độ - Đường kính: 4 mm - Chiều dài làm việc: 18 cm - Có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước. 	Cái	01	<i>Nhà thầu nêu rõ (nếu có)</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>	<i>Nhà thầu nêu rõ</i>

Stt	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá	Thành tiền
03	Hộp nhựa bảo quản ống soi	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ	Mỹ	Tecomet, Inc.	<ul style="list-style-type: none"> - Hộp nhựa tiệt trùng, phù hợp cho tiệt trùng bằng hơi nước, khí gas và hydrogen peroxide (Sterrad®). - Có nắp đục lỗ (perforated lid), dùng cho tối đa hai ống soi cứng với chiều dài làm việc tối đa 20 cm. - Kích thước ngoài (D x R x C): 321 × 90 × 45 mm. 	Cái	04	Nhà thầu nêu rõ (nếu có)	Nhà thầu nêu rõ	Nhà thầu nêu rõ

*** Ghi chú:**

- Thời gian, địa điểm thực hiện: Thời gian thực hiện 120 ngày, tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.
- Báo giá bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Văn Bé